

MW 10

Free chlorine

Funcionamiento

- ∞ Encender el equipo. Cuando en la pantalla aparece "C.1", "Add" y "Press" titilando el equipo está listo para recibir la muestra y hacer el blanco.
- ∞ Llenar la probeta con 10 ml de muestra y roscar la tapa. Colocarla en el equipo y cerrar la tapa del mismo.
- ∞ Apretar el botón, Cuando la pantalla muestre "Add", "C.2" y "press" titilando el equipo está en cero.(ha hecho el blanco)
- ∞ Retirar la probeta, abrirla y verter el contenido del sobre de polvo reactivo 2720116. Roscar la tapa y agitar suavemente durante **20 segundos**. Colocar el frasco en el equipo.

- ∞ **Esperar 1 minuto** y presionar el botón. O presionar y mantener apretado el botón hasta que aparezca el timer en la pantalla.

- ∞ El equipo muestra directamente la concentración de cloro libre en ppm. El equipo se apaga automáticamente después de 2 minutos.

MW 10

Free chlorine

Funcionamiento

- ∞ Encender el equipo. Cuando en la pantalla aparece "C.1", "Add" y "Press" titilando el equipo está listo para recibir la muestra y hacer el blanco.
- ∞ Llenar la probeta con 10 ml de muestra y roscar la tapa. Colocarla en el equipo y cerrar la tapa del mismo.
- ∞ Apretar el botón, Cuando la pantalla muestre "Add", "C.2" y "press" titilando el equipo está en cero.(ha hecho el blanco)

- ∞ Retirar la probeta, abrirla y verter el contenido del sobre de polvo reactivo 2720116. Roscar la tapa y agitar suavemente durante **20 segundos**. Colocar el frasco en el equipo.

- ∞ **Esperar 1 minuto** y presionar el botón. O presionar y mantener apretado el botón hasta que aparezca el timer en la pantalla.

- ∞ El equipo muestra directamente la concentración de cloro libre en ppm. El equipo se apaga automáticamente después de 2 minutos.

MW 10

Free chlorine

Funcionamiento

- ∞ Encender el equipo. Cuando en la pantalla aparece "C.1", "Add" y "Press" titilando el equipo está listo para recibir la muestra y hacer el blanco.

- ∞ Llenar la probeta con 10 ml de muestra y roscar la tapa. Colocarla en el equipo y cerrar la tapa del mismo.

- ∞ Apretar el botón, Cuando la pantalla muestre "Add", "C.2" y "press" titilando el equipo está en cero.(ha hecho el blanco)

- ∞ Retirar la probeta, abrirla y verter el contenido del sobre de polvo reactivo 2720116. Roscar la tapa y agitar suavemente durante **20 segundos**. Colocar el frasco en el equipo.

- ∞ **Esperar 1 minuto** y presionar el botón. O presionar y mantener apretado el botón hasta que aparezca el timer en la pantalla.

- ∞ El equipo muestra directamente la concentración de cloro libre en ppm. El equipo se apaga automáticamente después de 2 minutos.